

SÄKERTHETSFÖRTYDLIGANDE 2025-11-01

Parnell-uppresningsstöd är utformad för att hjälpa en person att självständigt förflytta sig i och ur sängen och att ändra sin position i sängen. Parnell bör endast användas för detta ändamål. Parnell är inte ett fallskyddsräcke och bör inte användas som sådan.

Användningen av uppresningsstödet måste alltid föregås av en riskbedömning. Kompetenta personer bör noggrant överväga fördelarna och riskerna med att använda stödet innan det används. Användningen av Parnell måste vara lämplig för brukarens behov. En omprövning kan vara lämplig om dessa behov förändras.

Parnell är avsedd för användning med sängar med fast sängbotten.

- Ska inte användas på höj- och sänkbara sängar.
- Sängkonstruktioner med särskilda ramkonstruktioner eller sängar utrustade med mjuka madrasser, kan omöjliggöra en säker montering av uppresningsstödet.
- Om en glipa mellan madrass och uppresningsstöd överstiger 4 cm, eller om stödet inte kan fästas stabilt, ska Parnell inte användas i kombination med aktuell säng.

Parnell är avsedd för vuxna med typiska kropps mått. Våra uppresningsstöd har inte testats som lämpliga för barn. För användarsäkerhet finns Parnell i tre modeller beroende på användarens vikt. Rätt stöd måste användas i enlighet med användarens vikt.

Parnell har tiotusentals Parnell i konstant användning, dag som natt. Inga skador eller incidenter har tillskrivits eller kopplats till våra produkter, vilket är en passande hyllning till säkerheten och kvaliteten på vårt sortiment av Parnell. Som företag drivs vi av kundsäkerhet och kundnöjdhet, och vi är alltid öppna för feedback från branschen för att säkerställa att våra produkters säkerhet är vår absoluta prioritet.

Friskrivning: Det är den person/hjälpmedelcentral som tillhandahåller stödet som ansvarar för fullständigt riskbedöma, montera och demonstrera användningen av stödet för slutanvändaren och dokumentera personens lämplighet för utrustningen. Parnell och Eudoria AB tar inget ansvar för otillräckliga riskbedömningar, felaktig användning av utrustning, utrustning monterad på inkompatibla sängar eller bedömningar utförda av personer som inte är tillräckligt utbildade.