

## Rolko AIRpad

### Specifikation material och tester



Dynan är testad enligt följande metoder:  
11-11 08/2004 MDS-Hi Belastningsklass H  
Trycksårspåbyggande.

11-10 08/2004 MDS-Hi Klassificering K  
Mikroklimatest.

#### Material:

1 kammars luftdyna: 75% polyester, 25% termoplastisk polyuretan.

Skumm: 100% polyuretan minnesskumm.

Ventil: 40% polyuretan, 30% nylon, 30% polyoxymetylen.

Standard överdrag: 100% polyester.

Antiglidundersida: 70% polyester, 30% polyuretan.

#### Tillbehör:

Inkontinensöverdrag 80% polyester, 20% termoplastisk polyuretan.

#### Temperaturkrav:

Dynan fungerar från -25 grader upp till 110 grader.

Max luftfuktighet 50%.

CE märkning: 93/42EWG